

発行年月日 平成25年2月18日

報告書番号 GE121570 - 00

測定結果報告書

富士観光開発株式会社 様

株式会社山梨県環境科学検査センター
〒400-0111
山梨県甲斐市竜王新町2277
TEL 055-278-1600 FAX 055-278-1601
測定責任者 廣瀬 正徳



放射性物質の測定結果を以下のとおり報告いたします。

件 名 : 放射性物質測定

試料受領年月日 : 平成25年2月14日

測定対象試料名 : 富士桜命水

採取場所 : —

試料採取日時 : 平成25年2月14日 10:28

測定方法 : 水道水等の放射能測定マニュアル（平成23年10月厚生労働省健康局水道課）
ゲルマニウム半導体検出器を用いるガンマ線スペクトロメトリーによる
放射能測定法

測定項目 : ヨウ素（I-131）、セシウム（Cs-134、Cs-136、Cs-137）

測定日 : 平成25年2月14日

測定結果は以下のとおりです。

測定対象試料名	核種	放射能濃度 (Bq/kg)	規制基準値 (Bq/kg)
富士桜命水	I-131	0.1未満	—
	Cs-134	0.1未満	10
	Cs-136	0.1未満	
	Cs-137	0.1未満	

注1：放射能濃度は、測定時の値である

備考：試料種別 飲料水